8.4 Annexe 4 : Prévention du risque lié à l'utilisation de l'Oxygène

• Ne pas fumer, ni permettre de fumer à proximité de l'appareillage et du patient sous oxygène.

• Respecter une distance d'au moins 2 mètres avec tout appareil produisant des flammes ou des étincelles : cheminée, cuisinière, chauffe-eau, poêle, appareillage électrique, jouet à friction ou à amorce, …

• Pas de graisse en contact avec l'oxygène (huile, pommades, crèmes de maquillage, baume pour les lèvres,…)

• Ne pas graisser ni lubrifier, ni mettre de colle sur votre appareil et les lunettes nasales.

• Ne pas utiliser, ni stocker de bombe aérosol dans la pièce (désodorisant, déodorant, nettoyant ménager, laque,...), ni de solvant (alcool, essence) sur l'appareil et à proximité.

• Ne rien poser sur le concentrateur, la cuve, l'oxygène portable (ni le transporter sous un manteau).

• Maintenir les appareils en position verticale.

• Ne pas transporter la cuve, attacher le portable lors d'un transport en voiture.

• En cas de brûlure avec l'oxygène liquide : rincer à l'eau froide pendant 15 min, faire appeler les secours.

• En cas de fuite, aérer la pièce.